



HOSPITAL MUNICIPAL “DR. TABAJARA RAMOS

CNPJ/MF nº 59.015.438/0001-96

Avenida Padre Jaime, nº 1500 – Jardim Planalto Verde – CEP 13844-070 – Mogi Guaçu/SP
Telefone (19) 3894-9444

Mogi Guaçu, 19 de janeiro de 2026.

Assunto: Esclarecimento ao Pregão Eletrônico Nº 000042/2025 – Processo Licitatório Nº 000204/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de videogastrotroscópio e videocolonoscópio completo para procedimentos de exame de endoscopia e colonoscopia no Centro Cirúrgico do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, por um período de 12 (doze) meses.

1-Oferecemos videogastrotroscópio com diâmetro de tubo de inserção de 9,8mm, sendo essa medida padrão para gastroscópios e dentro de uma margem de variação inferior a 10% do solicitado no descritivo, será aceito?

2-Oferecemos videocolonoscópio com diâmetro de 13,2mm e canal de trabalho 3.8mm, essas medidas padrão para equipamentos de colonoscopia, inclusive proporcionando maior facilidade de inserção de acessórios com diâmetro de canal maior, será aceito?

R.: Conforme análise da pasta requisitante segue resposta na integra: “**Informamos que não será aceito equipamento fora das medidas solicitados no descritivo técnico, uma vez que tais especificações correspondem ao padrão usual adorado pela equipe médica, sendo essenciais para garantir a adequada execução dos procedimentos, a segurança dos pacientes e a padronização dos equipamentos utilizados pela instituição**”.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico acima mencionado.


Coordenação do Pregão