



HOSPITAL MUNICIPAL “DR. TABAJARA RAMOS

CNPJ/MF nº 59.015.438/0001-96

Avenida Padre Jaime, nº 1500 – Jardim Planalto Verde – CEP 13844-070 – Mogi Guaçu/SP

Telefone (19) 3894-9444

www.mogiguacu.sp.gov.br

Ofício circular nº 036/2025

Mogi Guaçu, 24 de julho de 2025.

Assunto: Esclarecimento ao Pregão Eletrônico Nº 000025/2025 – Processo Licitatório Nº 0138/2025

Objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada de materiais de laboratório e testes , por um período de 12 (doze) meses.

Face aos pedidos de esclarecimento, e após análise da pasta requisitante, segue resposta na íntegra.

1. Referente ao item 23- Tubo Falcon individual – Este tubo será em Polipropileno ou em Poliestireno? O fabricante só fornece pacote com 50unidades, desta forma será aceito?

R.: Em resposta ao item 23 tubo falcon, deve ser estéril em polipropileno, se for embalado individualmente em pacotes de 50 unidades podemos aceitar.

2. Referente ao item 24- Tubo criogênico – este tubo é estéril, ou não estéril? Qual a sua cor? Com base ou sem base?

R.: Em resposta ao item 24 tubo criogênico deve ser estéril, transparente e com base.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico acima mencionado.

Coordenação do Pregão



HOSPITAL MUNICIPAL “DR. TABAJARA RAMOS

CNPJ/MF nº 59.015.438/0001-96

Avenida Padre Jaime, nº 1500 – Jardim Planalto Verde – CEP 13844-070 – Mogi Guaçu/SP

Telefone (19) 3894-9444

www.mogiguacu.sp.gov.br