



HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

CNPJ/MF nº 59.015.438/0001-96

Avenida Padre Jaime, nº 1500 – Jardim Planalto Verde – CEP 13844-070 – Mogi Guaçu/SP
Telefone (19) 3894-9444

Mogi Guaçu, 16 de setembro de 2026.

Assunto: Esclarecimento ao Pregão Eletrônico nº 31/2026 - Processo Licitatório nº 120/2026

Objeto: Registro de preços para aquisição parcelada de materiais hospitalares diversos para uso no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos e Unidades de Pronto Atendimento por um período de 12 (doze) meses.

Face ao pedido de esclarecimento, e após análise, segue resposta na íntegra.

1- Solicitamos esclarecimentos referentes aos itens abaixo:

Item 25 - Equipo: Favor informar se a conexão deverá ser Luer Slip ou Luer Lock.

Itens 34 ao 40 - Luvas cirúrgicas: Serão aceitas luvas que atendam às normas e regulamentações vigentes, mesmo que o tamanho não esteja impresso no punho, desde que esteja devidamente identificado na embalagem?

R.: Referente ao item 25 deverá ser Luer Lock.

Em resposta ao questionamento apresentado aos itens 34 a 40, esclarecemos que serão aceitas luvas cirúrgicas que não possuam a indicação do tamanho gravada diretamente no punho, desde que o tamanho esteja identificado de forma clara, legível e indelével na embalagem individual externa de cada par, correspondente à embalagem que constitui a barreira estéril.

A identificação deverá possibilitar a seleção correta do tamanho antes da abertura da embalagem, sem comprometer a técnica asséptica, a rastreabilidade ou a segurança na utilização do produto.

Ressalta-se que permanecem inalteradas as demais exigências constantes na especificação técnica, inclusive quanto à impressão do Certificado de Aprovação – CA em cada luva, bem como à apresentação do registro sanitário, certificações e demais documentos exigidos.

2- Dos Itens Objeto de Dúvida:

Item 30 - Transdutor Endocavitário. Contexto: Para fins de regular codificação e faturamento da guia médica correspondente, faz-se necessária a exata identificação técnica do modelo do equipamento. **Questionamento:** Solicita-se esclarecer qual é o modelo exato e a compatibilidade (marca/equipamento base) e Modelo do Transdutor exigidos para o Transdutor Endocavitário do Item 30.

Item 33 - Dreno de Nefrostomia

Contexto: O Termo de Referência do edital omitiu a especificação dimensional do material, dado indispensável para a correta cotação e atendimento da necessidade clínica.

Questionamento: Solicita-se informar qual é a medida exata (diâmetro em French/Fr e/ou comprimento) exigida para o Dreno de Nefrostomia do Item 33.

R.: Em resposta ao pedido de esclarecimento referente ao item 30, informamos que a guia de agulha para biópsia será utilizada em aparelho de ultrassonografia da marca **Canon, modelo TUS-X100**, equipado com transdutor endocavitário, em conjunto com disparador automático reutilizável da marca **Bard, modelo Magnum**, utilizando agulha de biópsia calibre **18 G**.

Em resposta ao questionamento apresentado ao item 33, esclarecemos que o kit de drenagem percutânea para nefrostomia deverá conter cateter de drenagem **tipo Malecot, calibre 14 Fr e**



HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

CNPJ/MF nº 59.015.438/0001-96

Avenida Padre Jaime, nº 1500 – Jardim Planalto Verde – CEP 13844-070 – Mogi Guaçu/SP
Telefone (19) 3894-9444

comprimento aproximado de 30 cm, mantendo-se as demais características e exigências do item.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico acima mencionado.

Tatiane Frizo Leme
Farmacêutica
CRF-SP 97716

Tatiane Frizo Leme
Coordenadora de farmácia
Farmacêutica Responsável Técnica

Mariana Regina Bando da Silva
Agente de Contratação
Hospital Mun. "Dr. Tabajara Ramos"