

Mogi Guaçu, 13 de Novembro de 2025.

De: Mislene Goulart dos Santos Silva

Para: Comissão de Licitação

Assunto: Pedido de esclarecimento PE 041/2025 – PL 202/ 2025 – Aquisição de Autoclave

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA SAÚDE LTDA, referente ao prazo de entrega e ao formato da câmara da autoclave, informamos o que segue:

1. Quanto ao formato da câmara interna:

Será aceito o formato cilíndrico ou retangular, desde que o equipamento atenda integralmente às demais especificações técnicas e normas de desempenho e segurança exigidas no Termo de Referência.

Atenciosamente


Mislene Goulart dos Santos Silva
COREN - SP 0128602 - ENF
Gestora Autárquica de Planejamento
Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos


Maria Regina Bando da Silva
Agente de Contratação
Hospital Mun. "Dr. Tabajara Ramos"