



HOSPITAL MUNICIPAL “DR. TABAJARA RAMOS

CNPJ/MF nº 59.015.438/0001-96

Avenida Padre Jaime, nº 1500 – Jardim Planalto Verde – CEP 13844-070 – Mogi Guaçu/SP

Telefone (19) 3894-9444

Mogi Guaçu, 08 de setembro de 2026.

Assunto: Esclarecimento ao Pregão Eletrônico nº 31/2026 - Processo Licitatório nº 120/2026

Objeto: Registro de preços para aquisição parcelada de materiais hospitalares diversos para uso no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos e Unidades de Pronto Atendimento por um período de 12 (doze) meses.

Face ao pedido de esclarecimento, e após análise, segue resposta na integra.

1- ITEM 9 – CATETER DUPLO J 4,8 FR X 26 CM: Visando garantir a isonomia, a ampla participação e considerando as pequenas variações dimensionais decorrentes dos diferentes processos de fabricação, questiona-se se serão aceitos cateteres Duplo J com calibre aproximado de 4,8 Fr, admitindo-se variação técnica de $\pm 0,3$ Fr, contemplando, portanto, calibres entre 4,5 Fr e 4,8 Fr, desde que mantidas a finalidade e a aplicabilidade clínica previstas para o item.

R.: Após confirmação com a área técnica, informamos que será aceito somente o produto que estiver em conformidade com o descritivo estabelecido no edital. Ressaltamos que o calibre deverá ser, obrigatoriamente, de **4,8 Fr**.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico acima mencionado.

Tatiane Frizo Leme
Coordenadora de farmácia
Farmacêutica Responsável Técnica