



HOSPITAL MUNICIPAL “DR. TABAJARA RAMOS

CNPJ/MF nº 59.015.438/0001-96

Avenida Padre Jaime, nº 1500 – Jardim Planalto Verde – CEP 13844-070 – Mogi Guaçu/SP
Telefone (19) 3894-9444

Ofício circular nº 034/2025

Mogi Guaçu, 07 de julho de 2025.

Assunto: Esclarecimento ao Pregão Eletrônico Nº 0000021/2025 – Processo Licitatório Nº 0120/2025

Objeto: Registro de preços para aquisição parcelada de materiais hospitalares diversos e luvas, , por um período de 12 (doze) meses, dos itens que restaram desertos e fracassados nos processos 2024/356(PE2024/043),2024/254(PE 2024/028) e 2024/342(PE2024/41).

Face ao pedido de esclarecimento, e após análise da pasta requisitante, segue em anexo a resposta na íntegra.

1- Solicitar o seguinte esclarecimento. ITEM 7 - CATETER DUPLO J 4.8FR x 26: afim de garantir a possibilidade de ampla participação no item, baseados nos princípios de isonomia garantidos pela lei, questionamos se serão aceitos cateteres de 4,7 à 4,8fr? que cumpram e atendam as especificações do edital sem alteração de qualidade, funcionalidade e eficácia. Essas informações são fundamentais para a correta elaboração de nossa proposta comercial no portal. Certos de contarmos com a vossa compreensão, aguardamos deliberação.

R.: Referente ao questionamento se serão aceitos os cateteres de 4,7 a 4,8 FR, informamos que foi confirmado com a área técnica, e não será aceito de 4.7 a 428 fr, somente conforme descritivo do termo de referência, pois a especificação é padronizada na unidade.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico acima mencionado.

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARIA REGINA BANDO DA SILVA
Data: 07/07/2025 09:34:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Coordenação do Pregão