



## HOSPITAL MUNICIPAL “DR. TABAJARA RAMOS

CNPJ/MF nº 59.015.438/0001-96

Avenida Padre Jaime, nº 1500 – Jardim Planalto Verde – CEP 13844-070 – Mogi Guaçu/SP  
Telefone (19) 3894-9444

Mogi Guaçu, 23 de setembro de 2025.

**Assunto:** Esclarecimento ao Pregão Eletrônico Nº 30/2025 - Processo Licitatório Nº 166/2025

**Objeto:** Abertura de processo licitatório para fornecimento de materiais para limpeza e esterilização utilizados na central de materiais e laboratório do hospital municipal dr. tabajara ramos e unidades de pronto atendimento.

Face ao pedido de esclarecimento, e após análise, segue resposta na íntegra.

1- Solicito, por gentileza, um esclarecimento quanto a descrição dos itens 28 e 29 referente a ESCOVA PARA LIMPEZA DE ENDOSCOPIO COM ESCOVA DE VÁLVULA. Gostaria de confirmar se: Trata-se de uma escova 2 em 1 (que já contempla as duas funções em um único produto); ou estão sendo solicitados dois tipos de escovas diferentes, correspondendo a cada especificação apresentada.

**R.:** Conforme solicitado em esclarecimento, informamos que a escova é do tipo dois em um, contemplando ambas as funções em um único produto.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico acima mencionado.

Tatiane Frizo Leme  
Coordenadora de farmácia  
Farmacêutica Responsável Técnica